



Universidad de Buenos Aires



Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 88588/2017

COMISIÓN EVALUADORA
DICTAMEN N° 50 /18
Buenos Aires, 05 de julio de 2018
Expediente CUDAP N° 88588/2017
Procedimiento: Licitación Privada N° 03/2018

D)-CONSTITUCIÓN-INTEGRACIÓN.-

A fin de proceder al análisis de los aspectos formales, calidades de los oferentes y evaluación de las ofertas de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en sus artículos 72, 74, 75, 76 y concordantes y por el Decreto N° 1023/01, se reúne la Comisión Evaluadora integrada por :

- a) La Dra. Julia María Peralta, Directora General de Planificación y Gestión de Contrataciones.
- b) La Dra. Silvia Agosto, Directora General de Salud y Asistencia Social.
- c) El Dr. Miguel Sommariva, Jefe de Departamento de Comisión Evaluadora.

II) -OFICINA SOLICITANTE – ASUNTO.-

Tramita el presente a pedido de la Dirección General de Salud y Asistencia Social siendo el objeto: **“Adquisición de reactivos para determinaciones de Química Clínica”**.

III) -PROCEDIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN.-

Se han cumplimentado los requisitos exigidos por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires, en el procedimiento seguido.

IV)- OFERENTES.-

Se han presentado conforme surge del acta de apertura obrante a fojas 189, los siguientes oferentes:

- 1- WM Argentina S.A.....\$ 1.489.660,00.-
- 2- Wiener Laboratorios S.A.I.C.....\$ 830.320,00.-

V)- HABILIDAD DE LOS OFERENTES.-

Los oferentes **WM Argentina S.A.** y **Wiener Laboratorios S.A.I.C.** han presentado la Declaración Jurada donde consta que no se encuentran suspendidos o inhabilitados para contratar con el Estado dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Universidad de Buenos Aires en su artículo 197.

VI)- REQUISITOS FORMALES.-

Los oferentes **WM Argentina S.A.** y **Wiener Laboratorios S.A.I.C.** han presentado en forma correcta la Garantía de Oferta y han dado cumplimiento a todos los requisitos formales exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones.



Universidad de Buenos Aires



Ref.: CUDAP: EXP-UBA: 88588/2017

VII)- ANTECEDENTES.-

El oferente **WM Argentina S.A.** no cumple técnicamente lo requerido para el renglón único debido a que no cotiza el reactivo UIBC/TIBC por método colorimétrico directo con ferrozina el cual fuera solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

La empresa **Wiener Laboratorios S.A.I.C.** para el renglón único ha acreditado los antecedentes administrativos técnicos necesarios para cumplir con el objeto de la presente licitación.

VIII) – EVALUACIÓN.-

En atención a lo que antecede, esta Comisión aconseja:

- 1) **APROBAR** la tramitación realizada.
- 2) **RECHAZAR TÉCNICAMENTE** la oferta presentada por la empresa: **WM Argentina S.A.:** por cuanto no cotiza el reactivo UIBC/TIBC por método colorimétrico directo con ferrozina el cual fuera solicitado en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
- 3) **ADJUDICAR:** por ajustarse técnica y económicamente a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, a la empresa:

Wiener Laboratorios S.A.I.C.:

Renglón Único.....\$ 830.320,00-

SON PESOS OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS VEINTE.-

COMISIÓN EVALUADORA.

Dr. Miguel Sommariva
Jefe de Departamento de Comisión Evaluadora

Dra. Silvia Augusto
Directora General de Salud y Asistencia Social

Dra. Julia María Peralta
Directora General de Planificación
y Gestión de Contrataciones